

Pedido de Esclarecimento nº 1 - 22/04/2026 09:17:42

DATA/HORA ESCLARECIMENTO	DESCRIÇÃO DO ESCLARECIMENTO	ARQUIVO	DATA/HORA RESPOSTA	RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO	ARQUIVO	
22/04/2026 09:17:42	<p>Prezados Senhores, A Opus Medical e Eletronics Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 14.368.486/0001-20, interessada em participar do processo licitatório em epígrafe, vêm, respeitosamente, por este meio, apresentar pedido de esclarecimento quanto ao ITEM 005 - CÓDIGO 904 - APARELHO DE ULTRASSOM, PORTÁTIL solicitado no edital. Na descrição do item, o aparelho requerido é descrito como portátil. Porém, apesar disso, ao longo do parágrafo de informações adicionais sobre o item, é descrito que o aparelho solicitado deve ser "transportável sobre rodízios" e possuir "monitor LED com no mínimo 19 polegadas." Tais características causaram confusão ao descrever um aparelho do tipo TROLLEY. Assim, para compreender melhor o que é solicitado pelo órgão, questionamos: o equipamento aparelho de ultrassom é do tipo trolley ou portátil? Certos de contarmos com a atenção dos senhores, aguardamos retorno para elaboração da proposta.</p>					<a href="#">Responder</a>